










ビリルビン	1g/dL	陰性	陰性	陽性	陽性
ヘモグロビン	1000mg/dl	陰性	陰性	陽性	陽性
シュウ酸	60mg/dL	陰性	陰性	陽性	陽性
尿酸	20mg/ml	陰性	陰性	陽性	陽性

試験した濃度の物質はどれも、アッセイを妨害しなかった

【参考文献】

1. Weiss SR, Leibowitz JL. Coronavirus pathogenesis. Adv Virus Res 2011;81:85-164.
2. Cui J, Li F, Shi ZL. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nat Rev Microbiol 2019; 17:181-192.
3. Su S, Wong G, Shi W, et al. Epidemiology, genetic recombination, and pathogenesis of coronaviruses. TrendsMicrobiol 2016;24:490-502.

Index of Symbols

	Consult Instruction for use		Tests per kit		Authorized Representative
	For in vitro diagnostic use only		Use by		Do not reuse
	Store between 2-30°C		Lot Number	REF	Catalog #
	Do not use if package is damaged				

 **Biotest**
 Manufacturer Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd.
 17# Futai Road, Zhongtai Street,
 Yuhang District, Hangzhou, P. R. China



 **EC REP**
 Shanghai International
 Holding Corp. GmbH (Europe)
 Effestraße 80,
 20537 Hamburg, Germany

Number: RP5326010
 Effective date: 2020-06-02